

**DOLNY
ŚLĄSK****Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych
w Bolesławcu****PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

ul. Aleja Tysiąclecia 30, 59-700 Bolesławiec, tel. +48 75 616 26 48, fax +48 75 616 26 83
 e-mail: sekretariat@szpitalpsychiatryczny.pl ,http://www.szpitalpsychiatryczny.pl
 NIP:612-15-42-513 REGON 000294190

Bolesławiec, 24 czerwca 2019 r.

Nr pisma: 3320, 3313, 3312 / NJ / 2019

Sprawa dotyczy: postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego pn.
 dostawy artykułów jednorazowego użytku i drobnego sprzętu medycznego,
 oznaczenie sprawy LA/ZO-1 /2019

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

*sposób przesłania korespondencji:
poczta elektroniczna, strona podmiotowa BIP*

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO (4)

W związku z wpływaniem w przedmiotowym postępowaniu kolejnych zapytań od Wykonawcy w odniesieniu do treści Zapytania ofertowego nr 2/2019 Zamawiający przytacza treść pytań oraz udziela poniższych odpowiedzi.

Pytania z dnia 19.06.2019

Pakiet nr 1 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści igłę typu motylek w rozmiarze 25G – 0,5 x 20mm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 1 poz. 7-11

Czy Zamawiający dopuści kaniule w rozmiarach:

- 22G 0,80
- 20G 1,00
- 18G 1,20?

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 1 poz. 12-13

Czy Zamawiający dopuści kaniule bezpieczne w rozmiarze

- 20G – 1,1
- 22G – 0,9?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza w poz. 12 wycenę kaniuli bezpiecznej w rozmiarze 20G – 1,1

Zamawiający dopuszcza w poz. 13 wycenę kaniuli bezpiecznej w rozmiarze 22G – 0,9

Pakiet nr 1 poz. 14

Czy Zamawiający wymaga koreczka do kaniul z trzpieniem poniżej jego krawędzi?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pakiet nr 1 poz. 15

Czy Zamawiający wymaga by kranik był wykonany z poliwęglanu i przeznaczony do podawania lipidów (tłuszczy i chemioterapeutyków)?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga.

Pakiet nr 1 poz. 20

Proszę Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na wymagany asortyment.

ODPOWIEDŹ: Nie.

Pakiet nr 1 poz. 21-24

Czy Zamawiający ma na myśli strzykawkę j.u. dwuczęściową luer?

ODPOWIEDŹ: tak

Pakiet nr 1 poz. 21-24

Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe z rozszerzoną skalą:

- 2-3ml
- 5-6ml
- 10-12ml Tak
- 20-24ml?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 1 poz. 24

Czy Zamawiający dopuści strzykawki j.u. pakowane po 80szt. z przeliczeniem w formularzu asortymentowo-cenowym?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 1 poz. 25

Czy Zamawiający ma na myśli strzykawkę j.u. typu Janeta? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

ODPOWIEDŹ: tak.

Pakiet nr 1 poz. 26-27

Czy Zamawiający dopuści strzykawki do pomp z rozszerzoną skalą 50-60ml?

ODPOWIEDŹ: zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 4 poz. nr 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji rękawic o sile zrywu przed starzeniem min. 9 N, a zatem cechujących się lepszą wytrzymałością na rozerwanie, jak również posiadających lepszy AQL = 1.0.

Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 4 poz. nr 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji rękawic posiadających lepszy AQL = 1.0. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oczekuje rękawic posiadających AQL = 1.0.

Pakiet nr 4 poz. nr 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic pakowanych a'200 sztuk z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości. Umożliwi to złożenie oferty na ten sam produkt w korzystniejszej dla Zamawiającego cenie.

Pakiet nr 4 poz. nr 1-2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie znaczenia kolumny oznaczonej jako „Dawka”. W poz. 1 w kolumnie Dawka Zamawiający wpisał x100, z kolei w poz. nr 2 w kolumnie Dawka Zamawiający wpisał x200. Czy Zamawiający miał na myśli ilość sztuk w jednym opakowaniu?

ODPOWIEDŹ: Kolumna „Dawka” oznacza ilość sztuk w opakowaniu. Celem sprostowania Zamawiający informuje o wystąpieniu pomyłki pisarskiej w kolumnie „Opis asortymentu...” informacje dotyczące ilości sztuk w opakowaniu powinny zostać usunięte. Zamawiający dokona modyfikacji załącznika nr 2 pakiet nr 4 polegającej na wykreśleniu zbędnych zapisów w pozycji nr 1

i pozycji nr 2. Nowa wersja formularza cenowego dotyczącego dostawy rękawic jednorazowych zostanie zamieszczona na stronie podmiotowej Bip.

Zamawiający informuje ponadto, że zgodnie z odpowiedziami z dnia 14.06.2019 z dnia 19.06.2019 r. dopuszcza w poz. Nr 2 rękawice w opakowaniu 150 lub 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości.

Pytania z dnia 21.06.2019

1. Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 6, 7, 8, 9, 42 i stworzy osobny pakiet.

ODPOWIEDŹ: Nie

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część Zapytania ofertowego i wykonawcy powinni brać je pod uwagę przy sporządzaniu ofert.

Z poważaniem

D Y R E K T O R
Wojewódzkiego Szpitala
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
w Bolesławcu
Janina Hulacka