



**DOLNY  
ŚLĄSK**

**Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych  
w Bolesławcu**



ul. Aleja Tysiąclecia 30, 59-700 Bolesławiec, tel. +48 75 616 26 48, fax +48 75 616 26 83  
e-mail: sekretariat@szpitalpsychiatryczny.pl ,http://www.szpitalpsychiatryczny.pl  
NIP:612-15-42-513 REGON 000294190

Bolesławiec, 6 grudnia 2019 r.

*Sprawa dotyczy: postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.  
Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego, odczynników i testów laboratoryjnych  
wraz z dzierżawą aparatów, oznaczenie sprawy LL/1/PN/2019*

## *Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego*

*sposób przesłania korespondencji:  
poczta elektroniczna, strona podmiotowa BIP*

### **WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (4)**

W związku z wpłynięciem w przedmiotowym postępowaniu kolejnych zapytań od Wykonawcy w odniesieniu do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 poz. 1843) w skrócie Pzp - przytacza treść zapytań oraz udziela poniższych odpowiedzi.

*Pytania z dnia 05.12.2019 r.*

#### **Dotyczy pakiet 2.a**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w pozycji 7 w pakiecie 2a na zaoferowanie testu kasetkowego na krew utajoną w kale o czułości 10 ng/ml?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.**

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w pozycji 7 w pakiecie 2a na zaoferowanie testu kasetkowego na krew utajoną w kale o czułości 40 ng/ml?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.**

#### **Dotyczy: Pakiet 1 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o **śr. 60mm i wysokości 75mm** oraz z zakrętką z **PP**? Reszta parametrów pozostaje bez zmian.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.**

#### **Dotyczy: Pakiet 1 poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści pipety o pojemności użytkowej 1ml, **ale całkowitej 5ml**? Reszta parametrów pozostaje bez zmian.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.**

#### **Dotyczy: Pakiet 1 poz. 10**

Czy Zamawiający dopuści probówki o pojemności użytkowej 4ml, **ale całkowitej 5ml**? Reszta parametrów pozostaje bez zmian.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.**

Sprawę prowadzi:

Dział Organizacyjno Prawny, +48 571 306 320, [i.kochan@szpitalpsychiatryczny.pl](mailto:i.kochan@szpitalpsychiatryczny.pl)

**Dotyczy: Pakiet 1 poz. 14**

Czy Zamawiający dopuści kuwety o **pojemności do 4ml**? Reszta parametrów pozostaje bez zmian.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.**

**Dotyczy: Pakiet 1 poz. 14**

Czy Zamawiający dopuści kuwety wykonane z **polimetakrylanu metylu**? Reszta parametrów pozostaje bez zmian.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.**

**Dotyczy pakiet 2.a, poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 2, poz. 14 test o czułości 10 ng/ml?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza test o czułości 10 ng/ml a także o czułości 20 ng/ml.**

**Dotyczy pakietu 1**

1. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1, poz. 1 wymaga pojemniki z polem do opisu i podziałką?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie stawia takiego wymogu, ale dopuszcza asortyment.**

2. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1, poz. 4 wymaga końcówek typu Gilson?

**ODPOWIEDŹ: Poz. 3 i 4 typu Eppendorf.**

3. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1, poz. 6 wymaga pipetki w pudełku kartonowym z dozownikiem?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie stawia takiego wymogu, ale dopuszcza asortyment.**

4. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1, poz. 7 wymaga pojemników zakręcanych?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie stawia takiego wymogu, ale dopuszcza asortyment.**

5. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1, poz. 9 wymaga próbek typu Eppendorf o parametrach wirowania do 25000 x g, autoklawowalne do 121st. C ?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie stawia takiego wymogu.**

6. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1, poz. 10 wymaga worków z próbkami z wielokrotnym zamknięciem?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie stawia takiego wymogu.**

7. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1, poz. 12 wymaga wymazówek klasy medycznej IIa z kontrolą jakości podłoża zgodną z normą CSLI M40-A2 ?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie stawia takiego wymogu, ale dopuszcza asortyment.**

8. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1, poz. 16 wymaga kamer typu Fast Read 102 z akrylu z pojedynczą regularną siateczką i poj. celki 7ul, do analizy 10 różnych próbek moczu (10 oznaczeń), o wymiarach kamery 83 x 39mm?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie stawia takiego wymogu, ale dopuszcza asortyment.**

\*\*\*

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ i wykonawcy powinni brać je pod uwagę przy sporządzaniu ofert.

Z poważaniem

Z upoważnienia Dyrektora

*Kierownik*

*Działu Organizacyjno Prawnego*

*Anna Dekarz*