

Dostawa urządzeń do ozonowania pomieszczeń

- w ramach projektu Poprawa dostępności i podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych na rzecz ograniczenia zachorowalności mieszkańców regionu w związku z pojawieniem się COVID-19. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Działania 6.2 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną.

Pytania numer 1 – 3

Baza konkurencyjności

Pytanie numer 1, data wysłania 2021-08-09

Witam serdecznie,

Czy w opisie zamówienia „Dodatkowe funkcje / wyposażenie (opcjonalnie): pomiar temperatury i wilgotności powietrza, lampa uv.” Zamawiający dopuści ozonator, który nie ma wbudowanego pomiaru temperatury i wilgotności powietrza, lampy uv ?

Odp. Zamawiający wprowadzi pozacenowe kryterium oceny ofert, odnoszące się do wyposażenia opcjonalnego, o którym mowa powyżej. Za wbudowany czujnik temperatury, czujnik wilgotności lub lampę UV, oferta otrzyma dodatkowe punkty. Szczegóły zostaną opisane w nowym ogłoszeniu i zapytaniu ofertowym, które opublikowane zostaną na stronie Bazy konkurencyjności i Bip.

Pytanie numer 2, data wysłania 2021-08-11

Szanowni Państwo, proszę o odpowiedź na poniższe pytania:

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na generator ozonu o wydajności generowania ozonu 24 g/h?

Przy tej wydajności generowania ozonu:

-maksymalna kubatura sterylizowanego pomieszczenia to: 165 m³

-maksymalna kubatura pomieszczenia poddawanego sanityzacji to: 330 m³

Odp. Zamawiający dopuszcza.

2. Czy dodatkowe funkcje / wyposażenie (opcjonalnie): pomiar temperatury i wilgotności powietrza, lampa UV są wymagane w generatorze ozonu?

Odp. Zamawiający wprowadzi pozacenowe kryterium oceny ofert, odnoszące się do wyposażenia opcjonalnego, o którym mowa powyżej. Za wbudowany czujnik temperatury, czujnik wilgotności lub lampę UV, oferta otrzyma dodatkowe punkty. Szczegóły zostaną opisane w nowym ogłoszeniu i zapytaniu ofertowym, które opublikowane zostaną na stronie Bazy konkurencyjności i Bip.

3. Czy Zamawiający przewiduje stojak mobilny (na blokowanych kółkach z teleskopowym podnośnikiem) do generatora ozonu? Jeśli TAK to proszę podać liczbę sztuk stojaków mobilnych.

Odp. Nie

Pytanie numer 3, data wysłania 2021-08-12

Witam , W związku z zapytaniem ofertowym na dostarczenie ozonatorów mamy parę pytań :

1 – W związku z okresem gwarancji 24 miesiące, w jakim terminie powinny być wykonane naprawy gwarancyjne od zgłoszenia nie działającego urządzenia ?

Odp. Serwis do 7 dni od przyjęcia zgłoszenia.

2 – Czy za dołożenie dodatkowego wyposażenia (czujnik temperatury, czujnik wilgotności, lampa UV) są doliczane jakieś punkty przy wyborze oferty co zwiększy szanse na wygranie postępowania ?

Odp. Zamawiający wprowadzi pozacenowe kryterium oceny ofert, odnoszące się do wyposażenia opcjonalnego, o którym mowa powyżej. Za wbudowany czujnik temperatury, czujnik wilgotności lub lampę UV, oferta otrzyma dodatkowe punkty. Szczegóły zostaną opisane w nowym ogłoszeniu i zapytaniu ofertowym, które opublikowane zostaną na stronie Bazy konkurencyjności i Bip.

3 - Czy przy wyborze oferty będzie wzięty pod uwagę jako dodatkowe punkty wizerunek inspekcyjny dzięki któremu od czasu do czasu można przeczyścić płytki generatora ozonu, co znacznie wydłuży żywotność urządzenia oraz pozwoli zachować większą wydajność na dłuższy okres pracy.

Odp. Zamawiający uwzględni powyższe w kryterium oceny.

4- Czy nie rozważali Państwo uwzględnienia urządzeń wyprodukowanych tylko na terenie Polski co usprawniłoby proces ewentualnych reklamacji bądź serwisowania ?

Odp. Nie.

Bolesławiec, 12.08.2021 r.